RCKiK- 08/19 Racibórz, 22.05.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU”

Poniżej przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1:
„ Dotyczy: Załącznik nr. 5A Specyfikacja techniczna analizatora biochemicznego Pkt 22 „ Rotor odczynnikowy posiadający pozycję również na małe buteleczki odczynnikowe o poj. nie większej niż 20 ml z możliwością stosowania adapterów o małej objętości (maks. 5 ml) ”.
Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający miejsca na odczynniki dostosowane do buteleczek o minimalnej objętości 20 ml. z brakiem możliwości zastosowania adapterów o małej objętości (maks. 5 ml?”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:
„Dotyczy: Załącznik nr. 5A Specyfikacja techniczna analizatora biochemicznego Pkt 24 „ Dwie niezależne igły odczynnikowe i niezależna igła próbkowa ”.
Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający jedną igłę odczynnikową oraz jedną igłę próbkową?”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:
„ Dotyczy: Załącznik nr. 5A Specyfikacja techniczna analizatora biochemicznego Pkt 42 „ Zużycie wody analizatora do 15 litrów na godzinę.”
Czy Zamawiający dopuści analizator zużywający około 40 litrów wody na godzinę pracy?”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:
„Pkt. 4: Czy pod określeniem "Mała objętość próbki badanej max 50 µL" Zamawiający rozumie objętość próbki aspirowaną przez analizator do wykonania pojedynczego oznaczenia?".

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający pod określeniem "Mała objętość próbki badanej max 50 µL" rozumie objętość próbki aspirowaną przez analizator do wykonania pojedynczego oznaczenia.

Pytanie 5:
„Prosimy o wykreślenie (w tym modułu ISE) z punktu 22 "Przeglądy techniczne analizatora – wykonywane raz w roku w ramach kosztów dzierżawy (w tym modułu ISE)".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody , podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:
„Czy pod określeniem "*Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatorów bez konieczności jej wykonywania*" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika? - pkt. 12 "Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 na 4 tygodnie"

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający pod określeniem "*Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatorów bez konieczności jej wykonywania*" rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika.

Pytanie 7:
„ Dotyczy pakietu Nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla jednego z oferowanych parametrów (anty-TPO) kalibracja wykonywana była dla każdego opakowania odczynników, zgodnie z rekomendacją Producenta? – pkt.30 „Kalibracja testów nie częściej niż przy zmianie serii odczynnika lub po nieprawidłowym wyniku kontroli jakości".

Odpowiedź:
Tak Zamawiający wyraża zgodę aby dla jednego z oferowanych parametrów (anty-TPO) kalibracja wykonywana była dla każdego opakowania odczynników, zgodnie z rekomendacją Producenta.

Pytanie 8:
„ Dotyczy pakietu Nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla jednego z oferowanych parametrów (anty-TPO) kalibracja wykonywana była dla każdego opakowania odczynników, zgodnie z rekomendacją Producenta?

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 7.

Pytanie 9:
„ Dotyczy pakietu Nr 2: Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?".

Odpowiedź :
Tak, Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 i a-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów.

Pytanie 10:
„ Dotyczy pakietu Nr 2: Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?"

Odpowiedź:
Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy jak również jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.

Pytanie 11:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu – 3 osoby.

Pytanie 13:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 14:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny'' na „w ramach czynszu dzierżawnego?".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 15:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 16:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny'' na „w ramach czynszu dzierżawnego?".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 17:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny'' na „w ramach czynszu dzierżawnego?".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 18:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 6 ust. 6, ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?".

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19:
„ Par. 8 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.''

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 20:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 8 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 21:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 8 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "kara umowna będzie należna Zamawiającemu niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących Wykonawcy, które spowodowały odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej realizacji"? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 22:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 8 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę minimalnej wysokości kary umownej na 100zł?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 23:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 8 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 24:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 8 ust. 2-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie

może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 25:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 8 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Zaproponowany zapis nieproporcjonalnie rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy, w tym także w przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych względów chciałby odstąpić od umowy. Umowa przewiduje już kary umowne (Par. 8 ust. 1), a nad to reguluje możliwość dochodzenia szkody przewyższających taką karę (Par. 8 ust. 4)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 26:
„ Załącznik nr 4B Wzór umowy - część II
Par. 10 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:
W przypadku gdy na zaoferowanym analizatorze będą przechowywane dane osobowe, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy o powierzenie danych osobowych tylko na potrzeby serwisowania urządzeń.

Pytanie 27:
„ Prosimy o wyjaśnienie dot. Części nr I – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych.
Prosimy o wyjaśnienie ile razy w tygodniu Zamawiajacy wykonuje Kontrolę badań turbidymetrycznych (RF, CRP, ASO Poziom normalny)?“.

Odpowiedź:
Zamawiający wykonuje kontrole badań turbidymetrycznych (RF, CRP, ASO Poziom normalny) twa razy w tygodniu.

Pytanie 28:
„ Prosimy o wyjaśnienie dot. SIWZ.
Prosimy o podanie informacji czy należy podać w ofercie termin dostawy? W umowie nie ma określonego terminu dostaw cząstkowych w związku z tym czy Wykonawca sam powinien określić taki termin? Jeżeli tak to w którym miejscu oferty należy go wpisać?”.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie należy podać w ofercie terminu dostawy. Zamawiający ustali termin dostawy z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

Pytanie 29:
„ W umowie w par. 4 pkt. 2 jest zapis (…), jest stała i wynosi (na **24 miesięcy wraz z dzierżawą**).Prosimy o zmianę terminu na czas podany w SIWZ".

Odpowiedź:
Zamawiający poprawia par. 4 pkt. 2 umowy na następującą treść: (…), jest stała i wynosi (na 12 miesięcy wraz z dzierżawą (…) .

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu czasu na składnie ofert do dnia 27.05.2019r. do godziny 11:30.

Dyrektor RCKiK w Raciborzu

Zbigniew Wierciński